

# salle azote liquide Accès contrôlé

Seules les personnes ayant un contrat de travail sont autorisées à accéder et à manipuler dans cette salle (accès par badge)

Identification des dangers:

Température **-196°C**  
1 Litre d'azote liquide = 680 L de gaz



Risque d'asphyxie  
(baisse du taux d'O<sub>2</sub>)



- Etre accompagné(e) si possible
- Laisser la porte ouverte
- Porter les Equipements de Protection Individuelle



Gants Cryogéniques (par équipe)



Visière de protection



Blouse fermée +  
chaussures fermées

**Transport:** Stocker l'azote liquide dans des containers cryogéniques étanches, isolants et couvercle fermé / transportez un faible volume d'azote

